

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ. 123/5****ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- α) την με αρ. συνεδρίασης 2950/6-11-2017(αρ.Πρωτ.5331/8-11-2017, ΑΔΑ:Ψ9ΙΟ46Ψ8ΧΒ-52Π, ΑΔΑΜ:17REQ002211918) απόφαση της Συγκλήτου και  
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,

**καλεί**

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Επισκευή ενός (1) ανιχνευτή συστοιχίας διόδων για το μηχάνημα HPLC-DAD-MS, για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ**

|   |   |
|---|---|
| <b>ΕΙΔΟΣ 5</b>  |   |
| Επισκευή ανιχνευτή συστοιχίας διόδων για το μηχάνημα HPLC-DAD-MS (μοντέλο SurveyorPDA, ThermoFisher, SA)  |   |
| <b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>  |   |
| Αναλυτική περιγραφή των εργασιών:   |   |
| ThermoFisher, SA. Έλεγχος καλής λειτουργίας, που θα περιλαμβάνει ρύθμιση των οπτικών φίλτρων, έλεγχος ευαισθησίας, έλεγχος διαρροών, ρύθμιση συχνοτήτων σάρωσης. Θα χρησιμοποιηθεί το κελί Light pipe flow cell, 50mm, 10μL, κατάλληλο για Surveyor PDA, ThermoFisher, SA |   |
| Είδος:  | Lightpipe flow cell, 50mm, 10μL, κατάλληλο για Surveyor PDA, ThermoFisher, SA.  |
| Βραχυπρόθεσμος Θόρυβος (Short-Term Noise) (50 mm flow cell):  | < 6 μAU/cm at 254 nm at 5 Hz (20 Hz ρυθμός σάρωσης)<br>< 1.5 uAU/cm at 254 nm at 5 Hz (40 Hz ρυθμός σάρωσης)<br>< 0.3 uAU/cm at 254 nm at 5 Hz (80 Hz ρυθμός σάρωσης) |
| Εύρος πίεσης κελιού (Cell Pressure Range) 0–1000 psi  |   |
| Διαστάσεις κελιού (Cell Dimensions) 50 mm, 10 μL LightPipe flow cell  |   |
| Χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης-επισκευής:   | ΕΝΑΣ (1) ΜΗΝΑΣ  |
| Προϋπολογισμός με ΦΠΑ   | 3.000,00€   |

|   |  |
|---|--|
| Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  | 2.419,35€  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας:  | Η εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία του ανταλλακτικού, μόνο όταν η εγκατάστασή του γίνει από το εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα στο ανταλλακτικό κατά την εγκατάστασή του, αυτό θα αντικατασταθεί άμεσα χωρίς χρέωση του πελάτη. |
| Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO9001 και πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |
| ΧΩΡΟΣ   | ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΘ.318  |

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Επισκευή ενός (1) ανιχνευτή συστοιχίας διόδων για το μηχάνημα HLPC-DAD-MS, ανέρχεται στο ποσό των 2.419,35€ χωρίς ΦΠΑ (3.000,00€ με ΦΠΑ).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ ΑΠΘ 2014ΣΕ54600062).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους (τεχνική και οικονομική προσφορά) σε σφραγισμένο φάκελο (**στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά ο αριθμός της διαπραγμάτευσης για την οποία υποβάλλεται η προσφορά**), στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1<sup>ος</sup> όροφος κτιρίου Διοίκησης) μέχρι τις 20-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με οποιονδήποτε τρόπο.

Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων στις 21-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Τμήμα Προμηθειών (3<sup>ος</sup> όροφος κτιρίου Διοίκησης).

Πριν από την κατακύρωση, υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, τα παρακάτω πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου όλων των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
- Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η υπογραφή της σύμβασης (εφόσον απαιτείται) θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης από την αναθέτουσα αρχή και κοινοποίησής της στους

# 17PROC002214992 2017-11-09

ενδιαφερόμενους, με την προσκόμιση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στη Διακήρυξη αριθ. 123/2017.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με εντολή του Πρύτανη  
Ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/σης  
Οικονομικών Υπηρεσιών

Βάιος Χαρ. Μπαμπλέκης